

ACREDITACIÓN
FL-44

2020-12-18

Revisión: 00

Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Flujo Volumétrico, Error de medida	Medidores de Flujo (Diafragma Rotativos, turbina, ultrasónico, másico térmico, vórtex)	Volumétrico, comparación dinámica	[0.5 a 27.96] m ³ /h	0.34 a 0.25	%	0.33 a 0.24	Relativa	
Flujo Volumétrico, Error de medida	Medidores de Flujo (Diafragma Rotativos, turbina, ultrasónico, másico térmico, vórtex)	Volumétrico, comparación dinámica	[27.87 a 3 192.74] m ³ /h	0.26 a 0.31	%	0.23 a 0.14	Relativa	

Lo anterior por conducto de los signatarios siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Miguel Ángel De Los Santos López
2. Oscar Daniel Salazar Caro
3. Oswaldo Pardenilla Rivera